

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Dostawa urządzenia do krioterapii i dodatkowego zbiornika na ciekły azot o pojemności 60l dla Uzdrowiska Łądek-Długopole S.A.**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1**

1. W opisie urządzenia podanym w SIWZ napisano: „Liczba zabiegów z jednego zbiornika TR 26 ciekłego azotu ok. 100 - 150 (dla średniego czasu zabiegu = 3 min)”. Przy podanej pojemności zbiornika (26l) masa ciekłego azotu po całkowitym napełnieniu wynosi 21,1kg. Przy zużyciu od 0,1 do 0,15 kg/min czas ciągłej pracy na pełnym zbiorniku wynosi od 140,66 do 211,0 minut, co daje w zaokrągleniu od 47 do 70 zabiegów. Czyli nie jest możliwe wykonanie na jednym zbiorniku TR26 od 100 do 150 zabiegów. Czy Zamawiający miał zatem na myśli urządzenie, które umożliwi wykonanie 100 zabiegów w przypadku zużycia zbiornika TR35 o pojemności 33,6l (w przypadku zbiornika o pojemności 60l możliwe jest wykonanie 179 zabiegów w przypadku pracy ciągłej)?

**Odp.** Zamawiający ma na myśli urządzenie o pojemności zbiornika 60l, z którego możliwe jest wykonanie około 100 – 150 zabiegów przy średnim czasie wykonywania zabiegu ok. 3 min.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z płynną regulacją intensywności nadmuchu, umożliwiającą bardziej precyzyjną aplikację dawki chłodu?

**Odp.** Nie

**Pytanie 3**

Czy zamawiający dopuści urządzenie o znacznie mniejszym poborze energii elektrycznej (140VA), które ma dwa bezpieczniki 630mA (w sumie 1,26A) zamiast jednego bezpiecznika 3,15A?

**Odp.** Tak

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z up. Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

.....  
Kierownik Zamawiającego