

Uzdrowisko Łądek-Długopole SA  
ul. Wolności 4  
57-540 Łądek Zdrój

Znak sprawy: **ZP/31/2010**

Łądek Zdrój, 31.08.2010r.

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są : Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego dla Uzdrowiska Łądek – Długopole SA.

**WYJASNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z pytaniami dotyczącymi Formularza cenowego – załącznika nr 1a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1, Część 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem 30-50 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Nie**

**Pytanie 2, Część 1, pozycja 29**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz z pokrywką jałową o poj. 150ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Tak**

**Pytanie 3, Część 1, pozycja 34**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła z włókniny 200 x 150, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Tak**

**Pytanie 4, Część 1, pozycja 35**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła z włókniny 140 x 90, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Tak**

**Pytanie 5, Część 1, pozycja 59**

Czy Zamawiający dopuści szynę Kramera 26 x 2cm lub 25 x2,5 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Tak**

**Pytanie 6, Część 1, pozycja 63**

Czy Zamawiający dopuści kaniule 18G 1,3x45 zieloną?

**Odp. Tak**

**Pytanie 7, Część 1, pozycja 64**

Czy Zamawiający dopuści kaniule 20G 1,1x32 różową?

**Odp. Tak**

**Pytanie 8, Część 1, pozycja 65**

Czy Zamawiający dopuści kaniule 22G 0,9x25 niebieską?

**Odp. Tak**

**Pytanie 9, Część 1, pozycja 66**

Czy Zamawiający dopuści kaniule 24G 0,7x19 żółtą?

**Odp. Tak**

**Pytanie 10, Część 1, pozycja 68**

Czy Zamawiający dopuści worki foliowe niebieskie, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Nie**

**Pytanie 11, Część 1, pozycja 69**

Czy Zamawiający dopuści worki foliowe w opakowaniu a' 50 szt. z przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Tak**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Kierownik Zamawiającego

Z up. Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia