

Uzdrowisko Łądek-Długopole SA
ul. Wolności 4
57-540 Łądek Zdrój

Łądek Zdrój, 01.09.2010r.

Znak sprawy: **ZP/31/2010**

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są : Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego dla Uzdrowiska Łądek – Długopole SA.

WYJASNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z pytaniami dotyczącymi Formularza cenowego – załącznika nr 1a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1 poz. 59

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w w/w pozycji nie zaszła pomyłka. Podany przez Państwa rozmiar sugeruje bowiem iż wymagają Państwo szyny palcowej.

Odp. Nie zaszła pomyłka

Poz. 63

Czy Zamawiający dopuści venflon o rozm. 18G 1,3x32?

Odp. Tak

Poz. 64

Czy Zamawiający dopuści venflon o rozm. 20G 1,1x32?

Odp. Tak

Poz. 65

Czy Zamawiający dopuści venflon o rozm. 22G 0,9x25?

Odp. Tak

Poz. 66

Czy Zamawiający dopuści venflon o rozm. 24G 0,7x19?

Odp. Tak

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Kierownik Zamawiającego

Z up. Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia